

## 全國公證測試報告

申請廠商： 兆羿科技股份有限公司  
桃園市新屋區永福路 770 之 1 號

報告號碼： TWNC01473473  
報告發行日期： 2026 年 08 月 25 日

### 樣品敘述：

壹(一)件所送檢樣品據指為：

品名： MB 不織布  
成份與加工： PP  
顏色： 白色  
原產地： 台灣  
樣品收件日期： 2026 年 08 月 14 日  
開始測試日期： 2026 年 08 月 14 日

### 測試內容：

依據客戶要求執行測試，結果請參考附頁。

### 結論：

| 測試樣品 | 項目                         | 結果 |
|------|----------------------------|----|
| 送檢樣品 | 依據客戶要求參考 CNS 14774 醫用面(口)罩 |    |
|      | — 游離甲醛                     | 合格 |
|      | — 可遷移性螢光物質測試               | 合格 |

全國公證檢驗股份有限公司  
審核者：

荆淑華

荆淑華  
副總經理



報告簽署人：

周世民

周世民  
經理

第 1 頁 共 2 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 114690, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

114690 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 游離甲醛

依據 CNS 14774 (111 年 7 月 15 日)-醫用面(口)罩，指定 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法)，以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

| 測試樣品 | 結果 (mg/kg) | 限值 (mg/kg) |
|------|------------|------------|
| 送檢樣品 | ND         | 75         |

備註： CNS = National Standards of the Republic of China = 中華民國國家標準  
mg/kg = 毫克/千克  
ND = 未檢測出  
偵測極限 = 16 mg/kg

2. 可遷移性螢光物質測試

依據客戶要求參考 CNS 14774 (111 年 7 月 15 日)-醫用面(口)罩，指定 CNS 11820 (96 年 5 月 2 日)-紙製品之可遷移性螢光物質試驗法，以紫外線燈照射測定可遷移性螢光物質。

| 測試樣品 | 結果        | 限值        |
|------|-----------|-----------|
| 送檢樣品 | 無可遷移性螢光物質 | 無可遷移性螢光物質 |

備註： CNS = National Standards of the Republic of China = 中華民國國家標準

---

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

